Руководитель (Заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

_____ ЛИТВАК А.Г.

«__»_____ 20____г.

291117

Приложение к Аттестату аккредитации
№ _____ от «__» _____ 20____ г.
на 19 листах, лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 к

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Московской области»

наименование юридического лица

141600, Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 2; 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 347; 141570, Московская область, Солнечногорский район, рп Менделеево; 124489, г. Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6А, строение 2; 141570, Московская область, рп Менделеево, ГСК «Каскад», корпус 901-904; 143203, Московская область, г. Можайск, пос. Строитель; 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1; 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, просп. Красной Армии, д. 212, корп. 4; 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 16; 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Транспортная, владение 5 (сборочный завод)

адреса мест осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ТТ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
141600, Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 2				
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН				
1.	Гриндометры	(0 – 250) мкм	ПГ± 1 мкм	
2.	Периметры настольные	(0 – 90)°	измерения углов по дуге ПГ± 3°, измерения углов поворота дуги ПГ± 2,5°	